

振動・騒音計内蔵両面表示器

概要

本製品は、振動・騒音の値を表示、収録する製品です。
AC100Vがあればすぐにご使用いただけます。
データ収録も起動後の待機時間経過後、ワンタッチで開始します。
終了時もワンタッチで行えるので非常に簡単です。
収録されたデータはエクセルの CSV ファイルで作成され、ファイル名が日付になっており、データは下部にサンプルがあります。
設置方法は上部のアイボルト 4 カ所にチェーンが装着されているのでそちらで固定していただくか、簡易スタンドがありますので組み立て後、本体上部のアイボルトを引っかけるだけで設置可能。
オプションでクラウドへデータをアップロードすることも可能です。

- 振動・騒音値をリアルタイムに表示
- データは USB メモリへ記録
- 規定値を超えたら回転灯が点灯、回転
- 専用簡易スタンドで簡単設置
- 記録の開始、停止はワンタッチで可能
- WEB 上で測定データの閲覧・出力・メール発信機能 (オプション)



測定データ

10 分間の等価レベル
(エネルギーの平均)

10 分間の最大値・最小値

10 分間の時間率レベル

Date	Time	Leq	Lmax	Lmin	L5	L10	L50	L90	L95
2025/4/1	9:50:00	49	71.7	29.2	53.7	50.3	41.7	35.3	33.9
2025/4/1	10:00:00	46.8	68.8	28.1	52	49.7	41.6	33.6	32.1
2025/4/1	10:10:00	45.5	62.6	27.4	51.6	49.4	40.7	32.6	31.2
2025/4/1	10:20:00	46.9	66.4	28.1	52.3	50.2	42.6	35.2	33.5
2025/4/1	10:30:00	48.5	77.5	27.5	51.7	48.6	38.7	31.8	30.2
2025/4/1	10:40:00	43.4	67.2	29.1	47.9	45.5	37.9	32.7	31.9
2025/4/1	10:50:00	46	67	27.6	52	49.7	39.1	31.2	30
2025/4/1	11:00:00	43.2	64.1	25.6	48.5	45.2	34.6	28.1	27.4
2025/4/1	11:10:00	50	77.6	26.5	52.8	48.9	38.5	30.4	29.5
2025/4/1	11:20:00	45.1	72.5	27.4	49.6	47.2	39	31.7	30.1
2025/4/1	11:30:00	44.2	72.5	25.6	47.9	45.5	36.9	31	30.3
2025/4/1	11:40:00	45.4	67.6	25.5	50.1	47.3	38	31	29.6

10 分ごとの演算の開始時刻【10 分固定】

ファイル形式は CSV ファイルになります。
直接エクセルで開くことが可能です。

設置写真

簡易スタンド使用時



付属チェーン使用時



ロガー部



クラウド出力

騒音データ 2025.02.10 10:48 計測時点

最高 [dB]	77.5	☒
平均 [dB]	53.8	☐
Leq [dB]	53.8	☐
Lmin [dB]	43.5	☐
Lmax [dB]	77.5	☐

L05 [dB] 54.6 ☐

L10 [dB] 53.9 ☐

L50 [dB] 45.9 ☐

L90 [dB] 44.5 ☐

L95 [dB] 44.3 ☐

振動データ 2025.02.10 10:48 計測時点

最高 [dB]	70.7	☐
平均 [dB]	52.7	☐
Leq [dB]	52.7	☐
Lmin [dB]	26.5	☐
Lmax [dB]	70.7	☐

L05 [dB] 57.0 ☐

L10 [dB] 52.9 ☐

L50 [dB] 40.7 ☐

L90 [dB] 33.0 ☐

L95 [dB] 31.2 ☐



株式会社 近藤インスツルメンツ
KONDO INSTRUMENT CO.,LTD